

Ringversuch: **PH1/24**  
im Monat: **Februar 2024**  
Teilnehmer-Nr.: **0000072**  
ausgestellt am: **10.02.24**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Klinikum rechts der Isar der TU München  
Institut für Klinische Chemie  
und Pathobiochemie  
Endokrinologie/immunologie  
Ismaninger Str. 22  
81675 München



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 12. April 2024

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch zur Photometerkontrolle teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Wellenlängen erfüllt:

365,4 nm (1)

**Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Februar 2025.**

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/certificate?nr=0000072&rv\\_id=PH241&version=0&uid=8619D5567A76492FA4239836C5298A](http://www.rfb.bio/certificate?nr=0000072&rv_id=PH241&version=0&uid=8619D5567A76492FA4239836C5298A)